

ZERTIFIKAT



Prüfung in Anlehnung an DIN EN ISO 13408-2:2018 „Aseptische Herstellung von Produkten für die Gesundheitsfürsorge- Teil 2: Sterilfiltration“ im **Prüfinstitut HygCan® GmbH Schwerin** für das Unternehmen WALUTEC GmbH in Ense, Neheimerstr. 10



Prüfgegenstand

eL-Neró® speedflow safety mit FirstSafety 4in1 Hygienefilter

Testergebnis

Rückhalterate >log7 bei 40 Milliarden Prüfkeimen zu 100% bestätigt

Fazit: „Die Ergebnisse der durchgeführten Tests zeigen eine ausreichende Filterwirksamkeit des getesteten Filters FS HYGIENE 4 in 1 gegen den Prüfkeim *Brevundimonas diminuta* ATCC 19146. Es konnte für keinen der geprüften Filter im Filtrat der beaufschlagte Prüfkeim nachgewiesen werden. Somit sind die Anforderungen sowohl an die beaufschlagte Keimmenge als auch an die Filtrationsleistung erfüllt.“